

采购需求

前注:

- 1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
- 2、**标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；**未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；
- 3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
- 4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目所需的所有各项服务等明细表及全部费用。投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；
- 5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；
- 6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品，供应商投报进口产品将不被接受，视为不实质响应招标文件；
- 7、下列采购需求中：如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料；
- 8、下列采购需求中：标注▲（核心产品）的产品，投标供应商在投标文件《成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；
- 9、验收标准：应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。
- 10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人（采购代理机构），或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人不再受理对招标文件条款提出的质疑。

序号	产品名称	参数	规格/参数	数量
1	恙虫病东方体 PCR 检测试剂盒	1、检测性能：灵敏度 ≤ 500 copies/ml。 2、到货有效期至少 10 个月	人份	300
2	钩端螺旋体 PCR 检测试剂盒	1、检测性能：灵敏度 ≤ 500 copies/ml。 2、到货有效期至少 10 个月	人份	300
3	汉坦病毒 PCR 检测试剂盒	1、检测性能：灵敏度 ≤ 500 copies/ml。 2、到货有效期至少 10 个月	人份	350
4	新型布尼亚病毒 PCR 检测试剂盒(▲核心产品)	1、检测性能：灵敏度 ≤ 500 copies/ml。 2、到货有效期至少 10 个月	人份	350
5	登革热病毒 PCR 检测试剂盒	1、检测性能：灵敏度 ≤ 500 copies/ml。 2、到货有效期至少 10 个月	人份	100
6	8 种常见鼠传病原体 PCR 检测试剂盒	1、完全符合《全国病媒生物病原学监测方案》要求，同时检测钩端螺旋体、莫氏立克次体、嗜吞噬细胞无形体、巴尔通体、恙虫病东方体、土拉弗朗西斯菌、汉坦病毒和新型布尼亚病毒。 2、到货有效期至少 10 个月	人份	50
7	组织核酸提取纯化试剂盒(适配硕世提取仪)	★1、适配我单位硕世生物科技 SSNP-3000A 核酸提取仪	人份	300
8	PBS 缓冲液	1. 维持稳定的 pH、维持渗透压及短时间提供基础营养。 2. 可在短期内维持蛋白、细胞、组织、器官等活性，提供必要的营养环境。 3. 不含钙、镁离子、酚红	瓶	4
9	研磨管	★1. 适用于我单位上海净信组织研磨仪 JXFSTPRP-CL。 2. 离心管管底为圆底，2ml。 3. 无菌，无核酸酶，无热原。	个	500
10	研磨珠	1. 无菌 2. 供货商提供多种钢珠直径供我单位选择	瓶	2
11	一次性医用检查垫	1. 材质：无纺布、防水。 2. 供货商提供多种尺寸检查垫供我单位选择	片	100
12	一次性镊子	1. 无菌 2. 有独立小包装	个	400
13	一次性含滤芯吸头	1、无菌、含滤芯，不含酶 2、供货商提供 10ul、100ul、200ul、1000ul 多种吸头规格供我单位选择分配。	盒	100

14	八通道移液器	1. 容量锁可以灵活调节和锁定容量。根据用户习惯,单双手都可完成流畅的容量调节和锁定。 2. 可平稳柔和地弹出吸头,减少污染扩散。 3. 量程为 20u1~200u1	把	1
----	--------	---	---	---