

淮北市疾控中心病毒载量扩增检测试剂采购项目

采购需求

序号	采购内容	用途	数量	单位	规格
1	病毒载量扩增检测试剂	病毒采样	10	盒	48人份/盒

具体参数如下：

一、扩增检测

- 1、适用于我单位ABI荧光定量PCR仪；
- ★2、适用于我单位SLA-E13200全自动核酸提取仪来提取总核酸(DNA/RNA)；
- 3、核酸提纯物可用于HIV-1扩增检测及基因分析；
- 4、采用Taqman探针法对HIV-1进行实时荧光定量RT-PCR检测；
- ★5、带内标系统,外源性内标假病毒与临床样品一起参与提取,可以对核酸提取过程和扩增系统进行监控；
- 6、规格：48人份/盒，为节约成本、防止污染以及避免试剂反复冻融，可提供大包装或单管单人份的包装规格；
- 7、按用户要求分批供货；
- ★8、提供该产品国家食品药品监督管理局注册扫描件或影印件；
- 9、生产企业通过GMP、ISO13485质量体系认证，产品质量有保障；
- 10、线性范围为250IU/ml- 1×10^8 IU/ml；
- 11、最低灵敏度为50IU/ml；
- 12、试剂盒有效期须不少于9个月；
- 13、供货前提供生产商授权书；
- 14、HIV核酸产品用户在国内有30家以上使用；
- 15、此产品被评为高新技术产品；
- ★16、在技术需求的情况下，可以配套同品牌相应的HIV测序试剂，需有注册证；

二、报价要求：

- 1、报价应包含货物的运输、调试、培训等费用。
- 2、为防止出现恶意扰乱招标程序的行为，投标单位报价明显高于市场价或明显低于成本价的，视为无效投标处理。

三、售后服务：

- 1、投标单位应就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺；
- 2、各投标单位应书面承诺所中标产品在实际供货时由专人送到指定地点，当场验收，运输过程必须符合相关规定（如包装、冷链等条件）。
- 3、货物包装破损货质量有问题，要求无条件更换，批间差必须符合产品说明书要求。