

淮北市疾控中心微检科 HIV 检测试剂 及耗材采购项目 采购需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 |
|----|-------------------------------------|--|------------------|------|
| 1 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)联合检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 1、用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒 1 型(包括 O 组), 2 型抗体及 1 型 p24 抗原。 2、到货后有效期≥9 个月。 *3、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 4、产品需取得国家医疗器械产品注册证。 | 100 人份/ 盒 | 20 盒 |
| 2 | 丙型肝炎病毒 IgG 抗体检测试剂盒 (磁微粒化学发光法) | 1、用于体外定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒 IgG 抗体。 2、到货后有效期≥9 个月。 *3、适用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 4、产品需取得国家医疗器械产品注册证。 | 100 人份/ 盒 | 15 盒 |
| 3 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 (胶体金法) | 1、用于定性检测人血清、血浆或全血中 HIV-1 (包括 O 组) 和 HIV-2 特有的所有类型抗体 (IgG, IgM, IgA)。 2、可在室温下储存。 3、到货后有效期≥9 个月。 4、产品需取得国家医疗器械产品注册证。 | 30 人份/ 盒 | 10 盒 |
| 4 | 盒装反应杯 | *1、用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 2、到货后有效期≥9 个月。 | 160 支 *24 盒/箱 | 1 箱 |
| 5 | 全自动免疫检验系统用底物液 | *1、用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 2、到货后有效期≥9 个月。 | 110ml*2 套/盒 | 2 盒 |
| 6 | 清洗液 | *1、用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 2、到货后有效期≥9 个月。 | 250ml*4 瓶/盒 | 2 盒 |
| 7 | 系统清洗液 | *1、用于我单位安图 AutoLumo A1000 化学发光检测仪。 2、到货后有效期≥9 个月。 | 10ml*12 瓶/盒 | 2 盒 |

| | | | | |
|---|--------------|---|---------|--------|
| 8 | 医用外科 口罩 | 1、产品符合我国医药行业标准 YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》。 | 50 只/盒 | 1000 只 |
| 9 | 灭菌橡胶 外科手套 | 1、产品通过 CE 认证。 | 400 副/箱 | 2400 副 |