

淮北市疾控中心微检科 2023 年食品及食源性疾 病试剂和中央布病防治耗材采购项目 采购需求

一、食品及食源性疾病试剂

序号	项目名称	参数	规格	数量
1	金黄色葡萄球菌	225ml 磷酸盐缓冲液均质袋	225ml*10 袋	50 袋
2	GB4789.10-2016 (定量) 45 份	磷酸盐缓冲液(PH7.2)	9ml*20 支	120 支
3		Baird-Parker 琼脂基础	250g	1 瓶
4		Baird-Parker 琼脂平板	9cm*20 块 / 盒	100 块
5		冻干兔血浆	0.5ml*10 支 / 盒	1 盒
6		血平板	90mm × 20 块/盒	60 块
7		金黄色葡萄球菌 mecA/nuc 基因实时荧光 PCR 检测试剂盒	1. 仅采用一个反应管一次反应完成金黄色葡萄球菌 mecA/nuc 基因核酸的荧光定量检测。 2. 检测性能：灵敏度≤ 500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。 3. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中或考核样提取的 RNA 样品。 4. 到货有效期至少 10 个月； 50T/盒。 5. 质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 6. 厂家在安徽设有工程师，保证 3 小时内上门培训或解决问题。 7. 在后期使用过程中，若该产品出现使用问题，中标商需根据客户要求无条件提供另外指定厂家试剂盒，同等数量进行置换，保证实验顺利完成。	50T/盒
8	沙门氏菌检	含 225ml 缓冲蛋白胨	225ml*10 袋	120 袋

	验	水 (BPW) 均质袋		/盒	
9	GB4789.4-2016 (定性) 90 份	RVS 管 10ml		10ml*20 支/盒	120 支
10		TTB 管 10ml		10ml*20 支/盒	120 支
11		TTB 肉汤		250g	1 瓶
12		亚硫酸铋琼脂 BS		250g	1 瓶
13		BS 平板	保质期极短, 分批供货, 通知后 1 周到货	9cm*20/盒	120 块
14		XLD 琼脂		250g	1 瓶
15		XLD 琼脂平板		9cm*20 块/盒	120 块
16		沙门氏显色培养基平板		9cm*20 块/盒	200 块
17		三糖铁琼脂		250g	1 瓶
18		三糖铁管		20 支/盒	80 支
19		沙门氏菌 PCR 荧光检测试剂盒	1. 仅采用一个反应管一次反应完成沙门氏菌核酸的荧光定量检测。 2. 检测性能: 灵敏度 \leq 500copies/ml, 与其他病毒无交叉反应。 3. 检测样品: 从各种临床标本及病毒分离物中或考核样提取的 RNA 样品。 4. 到货有效期至少 10 个月; 50T/盒。 5. 质量控制: 含有阳性对照, 便于结果判定。 6. 荧光 RT-PCR 反应程序相同, 反应体系: \leq 20 μ L, 节省样本。 7. 厂家在安徽设有工程师, 保证 3 小时内上门培训或解决问题。 8. 在后期使用过程中, 若该产品出现使用问题, 中标商需根据客户要求无条件提供另外指定厂家试剂盒, 同等数量进行置换, 保证实验顺利完成。	50T/盒	1 盒
20		药敏检测板	配套 XK 药敏鉴定仪使用, 包含自动加样管。	10 块/盒	1 盒
21		沙门氏菌鉴定血清		1ml*60 瓶/盒	1 盒
22		单核细胞增	含 225ml LB1 肉汤均	225ml*10 袋	100 袋

	生李斯特氏菌	质袋		/盒	
23	菌	LB1 配套试剂		10 支/盒	10 盒
24	GB4789.30-2016	李氏菌增菌肉汤 LB2		10ml*10 支/盒	100 支
25	90 份	LB2 配套试剂		10 支/盒	10 盒
26		PALCAM 琼脂平板		9cm*10	100 块
27		李氏菌显色培养基		1000ml	1 瓶
28		李氏菌显平板		9cm*20 块 / 盒	100 块
29		木糖生化管		20 支/盒	20 支
30		鼠李糖生化管		20 支/盒	20 支
31		TSA-YE 平板		9cm*20 块 / 盒	40 块
32		革兰氏染液		10ml*4 瓶 / 盒	2 盒
33		半固体琼脂		5ml/20 支 / 盒	20 支
34		缓冲蛋白胨水 (9ml)		9ml/支	150 支
35	单核细胞增生李斯特氏菌 PCR 荧光检测试剂盒	<p>1. 仅采用一个反应管一次反应完成单核细胞增生李斯特氏菌核酸的荧光定量检测。</p> <p>2. 检测性能：灵敏度\leq500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。</p> <p>3. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中或考核样提取的 RNA 样品。</p> <p>4. 到货有效期至少 10 个月；50T/盒。</p> <p>5. 质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。</p> <p>6. 荧光 RT-PCR 反应程序相同，反应体系：\leq20 μ L，节省样本。</p> <p>7. 厂家在安徽设有工程师，保证 3 小时内上门培训或解决问题。</p> <p>8. 在后期使用过程中，若该产品出现使用问题，中标商需根据客户要求无条件提供另外指定厂家试剂盒，同等数量进行置换，保证实验顺利完成。</p>	50T/盒	1 盒	
36	致泻大肠埃希氏菌检验	含 225ml 营养肉汤均质袋		225ml*10 袋 / 盒	70 袋

37	GB4789.6-2016	30ml 肠道菌增菌肉汤管		30ml*10 瓶	70 瓶
38	45 份	麦康凯琼脂		250g	1 瓶
39		麦康凯琼脂平板		9cm*20 块 / 盒	80 块
40		伊红美蓝琼脂		250g	1 瓶
41		伊红美蓝琼脂平板		9cm*20 块	80 块
42		五种致泻大肠 PCR 试剂 C 版本		50T/盒	2 盒
43		ATCC25922 大肠埃希氏菌标准菌株		盒	1 盒
44		药敏检测板	配套 XK 药敏鉴定仪使用，包含自动加样管。	10 块/盒	1 盒
45		小肠结肠炎耶尔森氏菌	含 225ml 改良磷酸盐缓冲液 PSB		225ml*10 袋 / 盒
46	检 验	碱处理液		4.5ml*20 支/盒	40 支
47	GB4789.8-2016	CIN-1 琼脂平板 (9cm)		20 块/包	40 块
48	35 份	改良 Y 平板		9cm*20/盒	40 块
49		改良克氏双糖铁管		5ml*20 支	20 支
50		尿素酶		1ml*20 支	20 支
51		小肠结肠炎耶尔森氏菌 PCR 荧光检测试剂盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 仅采用一个反应管一次反应完成小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸的荧光定量检测。 2. 检测性能：灵敏度\leq500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。 3. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中或考核样提取的 RNA 样品。 4. 到货有效期至少 10 个月；50T/盒。 5. 质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 6. 荧光 RT-PCR 反应程序相同，反应体系：\leq20 μL，节省样本。 7. 厂家在安徽设有工程师，保证 3 小时内上门培训或解决问题。 8. 在后期使用过程中，若该产品出现使用问题，中标商需根据客户要求无条件提供另外指定厂家试剂盒，同等数量进行置换，保证实验顺利完成。 	50T/盒	1 盒

52		小肠结肠炎耶尔森氏菌种属及毒力基因多重实时荧光 PCR 检测试剂盒	检测目标包含：foxA、ail、ystB 血清型	25T/盒	1 盒
53	霉菌				
54	45 份	磷酸盐缓冲液 PBS		9ml*20 支 / 盒	40 支
55		马铃薯葡萄糖琼脂		250g	1 瓶
56		孟加拉红培养基		250g/瓶	1 瓶
57	克罗诺杆菌				
58	30 份	mLST-Vm 肉汤		10ml*20 支 / 盒	40 支
59		阪崎肠杆菌显色培养基		1000ml/瓶	1 瓶
60		TSA 平板		90mm×20 个/盒	40 块
61		克罗诺杆菌 PCR 检测试剂盒		50T/盒	1 盒
62	大肠计数	磷酸盐缓冲液 225ml		225ml/袋	30 袋
63	30 份	磷酸盐缓冲液 9ml		9ml×20 支 / 盒	80 支
64		LST 肉汤管 9ml		9ml×20 支 / 盒	40 支
65		EC 肉汤管 9ml		9ml×20 支 / 盒	20 支
66		EMB 平板		90mm×20 个/盒	40 块
67	蜡样芽孢杆菌	MYP 琼脂平板		90mm×20 个/盒	40 块
68	30 份	蜡样芽孢杆菌 PCR 检测试剂盒	1. 仅采用一个反应管一次反应完成蜡样芽孢杆菌核酸的荧光定量检测。 2. 检测性能：灵敏度≤500copies/ml，与其他病毒无交叉反应。 3. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中或考核样提取的 RNA 样品。 4. 到货有效期至少 10 个月；50T/盒。 5. 质量控制：含有阳性对照，便	50T/盒	1 盒

			于结果判定。 6. 荧光 RT-PCR 反应程序相同，反应体系： $\leq 20 \mu\text{L}$ ，节省样本。 7. 厂家在安徽设有工程师，保证 3 小时内上门培训或解决问题。 8. 在后期使用过程中，若该产品出现使用问题，中标商需根据客户要求无条件提供另外指定厂家试剂盒，同等数量进行置换，保证实验顺利完成。		
69	副溶（水产 20 份	3%氯化钠碱性蛋白胨水		250g/瓶	1 瓶
70		弧菌显色培养基		1000ml	1 瓶
71		弧菌显色培养基平板		90mm \times 20 个/盒	20 块
72		3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂		250g	1 瓶
73		副溶血弧菌 PCR 荧光检测试剂盒	1. 仅采用一个反应管一次反应完成副溶血弧菌核酸的荧光定量检测。 2. 检测性能：灵敏度 $\leq 500\text{copies/ml}$ ，与其他病毒无交叉反应。 3. 检测样品：从各种临床标本及病毒分离物中或考核样提取的 RNA 样品。 4. 到货有效期至少 10 个月；50T/盒。 5. 质量控制：含有阳性对照，便于结果判定。 6. 荧光 RT-PCR 反应程序相同，反应体系： $\leq 20 \mu\text{L}$ ，节省样本。 7. 厂家在安徽设有工程师，保证 3 小时内上门培训或解决问题。换，保证实验顺利完成。	50T/盒	1 盒
74	其他	压力蒸汽灭菌化学指示卡		1/个	20 个
75		压力蒸汽灭菌生物指示剂		1/个	20 个
76		飞行质谱样本预处理试剂	配套质谱使用	1000T/盒	1 盒

77		含珠菌种保存管 1 (Germ Bank1)		100 支/盒	2 盒
78		微生物鉴定 GN 卡		20/盒	4 盒
79		微生物鉴定 GP 卡		20/盒	2 盒
80		一次性接种环 10ul		10 支/包	100 包
81		一次性无菌吸管 2ml		2ml	500 支
82		一次性无菌吸管 10ml		10ml	200 支
83		沙门鞭毛半固体		200ml/支	1 盒
84		金葡标准菌株		ATCC25923	1 盒
85		沙门标准菌株		ATCC14028	1 盒
86		单增 ATCC19111 标准菌株		ATCCA911 5	1 盒
87		小肠耶尔森标准菌株		CMCC5220 4	1 盒
88		副溶血弧菌标准菌株		ATCC17802	1 盒
89		24 种腹泻病原体多重实时荧光 PCR 检测试剂盒		12T/盒	2 盒
90		食源性致病菌核酸多重实时荧光 PCR 检测试剂盒		12T/盒	2 盒
91		诺如病毒 PCR 检测试剂盒		50T/盒	2 盒

二、中央布病防治耗材

序号	物品名称	参数	规格	数量
1	一次性载玻片	符合基本医学卫生标准即可	50 个/盒	500 个
2	血培养瓶		20 个/箱	50 个
3	一次性手术衣		1 件/袋	200 件
4	一次性帽子		20 只/袋	500 只
5	医用外科口罩	产品符合我国医药行业标准 YY0469-2011	1 只/袋	1000 只
6	一次性鞋套	符合基本医学卫生标准即可	100 只/包	500 只
7	一次性手套	产品通过 CE 认证。	1 副/袋	3000 副
8	生理盐水	产品通过 CE 认证。	9ml/支	100 支